

Dipartimento Provinciale di Treviso
Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti
Via Baciocchi, 9
31033 Castelfranco Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0423 422311
Fax +39 0423 720388
e-mail: sosr@arpa.veneto.it

Dirigente Responsabile: Dott. Giovanni Gasparetto
Referente del procedimento: Dott. Antonio Pegoraro
Tel. +39 0423 422321
Fax +39 0423 720388
e-mail: apegoraro@arpa.veneto.it

Castelfranco Veneto, - 4 FEB. 2008
Prot. n. 15238

LAB-CONTROL Srl
Via Roma – 20/B
30014 – CAVARZERE (VE)

OGGETTO: DGRV 2241/05 e 1407/06, protocollo operativo per la validazione dei piani di campionamento e dei relativi risultati analitici. Invio esito valutazione dei risultati del proficiency test WEPAL-ISE periodi 2, 3 e 4-2007.

Con riferimento ai risultati conseguiti nel circuito interlaboratorio in oggetto nei periodi 2, 3 e 4-2007, questo Servizio ha provveduto a valutare la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla DGRV 1407/06.

Considerato per i parametri di interesse relativamente ai piani di campionamento il requisito dello Z-score $< |2|$, inteso come valore medio degli Z-score dei 4 campioni analizzati, e il trend di progressivo miglioramento nel corso dei tre periodi di partecipazione al circuito interlaboratorio, si ritiene il laboratorio abilitato all'esecuzione delle analisi per i piani di campionamento.

Per eventuali informazioni si prega di contattare il dott. Antonio Pegoraro (tel. 0423 422321 – fax 0423 720388).

Distinti saluti.



Il Responsabile
Dott. Giovanni Gasparetto